



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Pitimbu, 31 de julho de 2025.

Parecer sobre lote 1 na licitação para locação de equipamentos laboratoriais com fornecimento de reagentes. O analisador bioquímico deve ser totalmente automatizado, sendo de bancada, com processamento de 300 testes/h, 30 posições para reagentes e amostras, equipamento com capacidade de realizar exames de emergência (STAT), com bandeja de reações de 80 cubetas, com lavagem automática das cubetas, sondas e agulha. Com exceções para equipamentos de características técnicas similares a essas especificações, e até mesmo superiores desde que não comprometa a produtividade e não traga prejuízos ao contratante.



Documento assinado digitalmente
DIOVANA PEREIRA DA SILVA BARBOSA
Data: 31/07/2025 11:36:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Diovana Pereira da Silva Barbosa
Coordenadora Laboratório Municipal
CRBM 12258
portaria n 0097/2025

Recebido em:

Assinatura Funcionário/ Recebedor